Site: AGENCE DE L'EAU
Commune: ORLEANS (45)

Référence du point d'autosurveillance: POINT SORTIE - Rejet Milieu Naturel

	Gamme basse	Gamme haute
Ecarts pour ce paramètre :	20%	10%

Seuil de comparaison:	20

	Paramètre ST-DCO	Concentration (mg/l)		Moyenne (mg/l)	Ecart	
	DATE	Interne	Externe		Relatif (mg/l)	Absolu (%)
GAMME BASSE (≤ 150 mg/l)	15/01/2016	80	85	82,5	-2,5	3,0%
	20/01/2016	95	82	88,5	6,5	7,3%
	02/02/2016	110	130	120	-10	8,3%
	20/02/2016	72	96	84	-12	14,3%
	10/03/2016	82	145	113,5	-31,5	27,8%
	30/03/2016	102	96	99	3	3,0%
	08/04/2016	86	79	82,5	3,5	4,2%
	21/04/2016	66	85	75,5	-9,5	12,6%
	05/05/2016	100	119	109,5	-9,5	8,7%
	23/05/2016	84	100	92	-8	8,7%
	12/06/2016	122	135	128,5	-6,5	5,1%
	04/07/2016	90	75	82,5	7,5	9,1%
	28/07/2016	101	95	98	3	3,1%
	05/08/2016	75	99	87	-12	13,8%
	15/08/2016	85	105	95	-10	10,5%
	27/08/2016	92	80	86	6	7,0%
	04/09/2016	88	100	94	-6	6,4%
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
GAMME HAUTE (>150 mg/l)	25/06/2015	153	190	171,5	-18,5	10,8%
	31/06/2016	160	175	167,5	-7,5	4,5%
	15/07/2016	180	155	167,5	12,5	7,5%
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0	